



Bending Tester



塗膜の割れ、はがれ抵抗性を評価することができます。

試料を塗布した試験板(厚み0.3mm)を特定の芯棒(マンドレル)を使用して折り曲げ、塗膜の割れ、はがれが生じた時の割れ抵抗性を芯棒(マンドレル)の径で評価します。

製品名	寸法	重量
屈曲試験器(JIS型 タイプⅠ)	約200×100×70mm	約5kg

■構成

- 本体 ······ 1台
- マンドレル芯棒 ··· 1式 $\Phi 2 \sim \Phi 32\text{mm}$
- 補助板 ······ 1式
- 収納木箱 ······ 1枚

※仕様等は、改良のため予告なく変更することがあります。



太佑機材株式会社

本社 〒577-0827

大阪府東大阪市衣摺5丁目6-10

TEL (06)6727-1121

FAX (06)6727-6336

URL <http://www.taiyukizai.co.jp>